



ISO 22000:2005 ISO 9001:2015



Spitalul Municipal Câmpina

B-dul. CAROL I, Nr. 117

TEL: 0244/337.351

FAX: 0244/334.124

www.spitalcampina.ro

secretariat@spitalcampina.ro

I

SESIUNEA DE EXAMEN IANUARIE 2021

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT RADIOLOGIE

1. MASURI DE RADIOPROTECTIE PENTRU PACIENT SI PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN LABORATORUL DE RADIOLOGIE-ENUMERARE
2. RADIOGRAFIA ABDOMINALA PE GOL:INDICATII, TEHNICA DE EFECTUARE
3. RADIOGRAFIA DE BAZIN: INDICATII, TEHNICA DE EFECTUARE
4. PROPRIETATILE FIZICE ALE RAZELOR X-ENUMERARE
5. CONDITII PENTRU O IMAGINE RADIOLOGICA DE BUNA CALITATE-ENUMERARE

SEF LRIM:

DR.STEFANESCU RALUCA

Dr. Stefanescu Raluca
Medic specialist
radiologie-imagistica
Cod 756877



As Spina
Hina



[Handwritten signature]

BAREM 20.01.2021

1. PENTRU PACIENT:-RADIOGRAFIILE SA SE EFECTUEZE JUSTIFICAT

- NU SE EFECTUEAZA FEMEILOR INSARCINATE
- FOLOSIREA SORTULUI DE PROTECTIE
- DIAFRAGMARE
- PARAMETRII ADECVATI: mAs REDUS, KV CRESCUTI

[Handwritten signature]
Dr. Gheorgheșcu Raluca
Medic specialist
Radiologie Diagnostică medicală
Căp. 75177

PENTRU PERSONALUL MEDICAL:- NU PARTICIPA LA SUSTINEREA PACIENTULUI

- SORT DE PROTECTIE DACA SE AFLA IN CAMERA DE EXAMINARE IN TIMPUL EXPUNERII
- INTERZISA INTROD MAINILOR IN FASCICULUL RX (EX PT COMPRESIE IN EXAMINAREA BARITATA GASTRICA)

2. INDICATII: IN URGENTELE CHIRURGICALE, PT DIAGNOSTICAREA ABDOMENULUI ACUT CHIRURGICAL . (PERFORATII, OCLUZIE INTESTINALA)

PUNE IN EVIDENTA PNEUMOPERITONEUL SI NIVELELE HIDROAERICE.

SE EFECTUEAZA IN ORTOSTATISM, DECUBIT DORSAL SAU DECUBIT LATERAL STG CU RAZA ORIZONTALA.

APNEE EXPIRATORIE, CENTRARE PE LINIA MEDIANA, LA NIVELUL OMBILICULUI

3. INDICATII: TRAUMATOLOGIE, BOLI REUMATISMALE, ARTROZE, AFECTIUNI CONGENITALE (LUXATIE CONGENITALA SOLD).

TEHNICA: DECUBIT DORSAL, MEMBRELE SUPERIOARE PE LANGA CORP, MEMBRELE INFERIOARE IN EXTENSIE, CU HALUCE APROPIATE, CALCAIE INDEPARTATE

DISTANTA FOCAR-FILM 115 CM, RAZA CENTRALA PERPENDICULARA , CENTRARE LA MIJLOCUL DISTANTEI OMBILIC-SIMFIZA PUBIANA

GRILA PREZENTA

4. PROPRIETATI COMUNE UNDELOR ELECTROMAGNETICE:

- PROPAGAREA IN LINIE DREAPTA
- VITEZA LUMINII
- REFLEXIA, REFRACTIA, DIVERGENTA
- INTENSITATEA SCADE INVERS PROPORTIONAL CU PATRATUL DISTANTEI

PROPRIETATI SPECIFICE RAZELOR X

- FLUORESCENTA
- FOSFORESCENTA
- ATENUAREA
- PENETRABILITATEA

5.CONDITII PT O IMAGINE RADIOLOGICA DE BUNA CALITATE:

- FOCAR MIC
- DISTANTA FOCAR-TUB MARE
- RAZA CENTRALA PERPENDICULARA PE MIJLOCUL REGIUNII DE EXAMINAT
- PLANUL REGIUNII DE EXAMINAT SA FIE PARALEL CU FILMUL
- ELIMINAREA RAZELOR X SECUNDARE (GRILA)